INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
multipozycyjnego fotela terapeutycznego ThevoMulti
przeznaczonego dla użytkowników nieco mniej sprawnych fizycznie


(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)


(8)


(9)


(10)


(11)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
multipozycyjnego fotela terapeutycznego ThevoMulti
przeznaczonego dla użytkowników nieco mniej sprawnych fizycznie

WSTĘP

Drodzy Użytkownicy,
Nabywając fotel terapeutyczny ThevoMulti nabyli Państwo produkt spełniający najwyższe standardy jakości.
W ThevoMulti zastosowano wysokiej jakości materiały i nowoczesne technologie produkcji, które gwarantują długą żywotność wyrobu.
Przed rozpoczęciem korzystania z fotela ThevoMulti należy koniecznie dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, która zawiera wiele pomocnych informacji i porad.
Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące ThevoMulti, zadzwoń do nas pod nr tel. 517157008 (w dni robocze w godzinach 16 – 18).

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Nie przeciążaj swojego ThevoMulti i przestrzegaj maksymalnego obciążenia (patrz dane techniczne).
Przestroga: Nie wkładaj palców lub jakichkolwiek przedmiotów do mechanizmu regulacji! Podczas pracy elementów ruchomych nie powinni stać na ich przeszkodzie jacykolwiek ludzie, zwierzęta lub/i przedmioty.
Ustawiaj i używaj ThevoMulti tylko na równym podłożu w miejscach nienarażonych na działanie wody i wysokich temperatur.
Nie siadaj, nie stawaj na podłokietnikach ani na oparciu ThevoMulti.
Nie siadaj ani nie stawaj na podnóżku (wyposażenie dodatkowe) ponieważ powierzchnia podparcia jest nachylona wobec czego jest ryzyko ześlizgnięcia się.
Kable nigdy nie powinny być ściskane, narażane na przecięcia ani naprawiane wówczas gdy instalacja jest podłączona do prądu.
Silnik nie powinien być używany jednorazowo dłużej niż dwie minuty. Po 2 minutach pracy silnik powinien odpocząć przez około 18 minut.
Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych producenta.
Nie odkręcaj żadnych śrub chyba że niniejsza instrukcja zaleca inaczej.

Zakres dostawy

- fotel ThevoMulti
- Instrukcja obsługi
- Przełącznik ręczny (pilot)
- Transformator i przewód zasilający
- Osłona/pokrowiec podstawy
- Poduszka podtrzymująca szyję
- Akcesoria, jeśli dotyczy

SPECYFIKACJA

ThevoMulti
Wysokość całkowita 119 cm
Szerokość całkowita 73,5 cm
Głębokość użytkowa siedziska 45 cm
Szerokość użytkowa siedziska 55 cm
Wysokość siedziska 48 - 54 cm
Kąt oparcia przed rozłożeniem (pozycja siedząca) 103°
Kąt rozłożenia oparcia (pozycja półleżąca) 131°
Udźwig 140 kg
Podnóżek (opcjonalnie)
Wysokość max 41 cm
Szerokość 44 cm
Głębokość 44 cm
Zasilacz
Napięcie 230V 50Hz prąd zmienny
Klasa ochrony II
Stopień ochrony IP20
Silnik 24V prąd stały

INSTALACJA

Po rozpakowaniu ThevoMulti wystarczy podłączyć go do zasilania.
Zrób to w następującej kolejności:
1. Sprawdź, czy przewód zasilający i kabel ThevoMulti są podłączone do transformatora.
2. Następnie sprawdź, czy kabel pilota jest podłączony do silnika ThevoMulti.
3. Podłącz wtyczkę do sieci.

Twój ThevoMulti jest teraz gotowy do użycia.
W trakcie ewentualnego przenoszenia ThevoMulti oparcie może się odchylić. Wynika to z konstrukcji fotela. Nie jest to wada produktu. Aby tego uniknąć oparcie musi być przytrzymane zawsze gdy przenosicie fotel.

Podstawowe ustawienia

Użyj pilota aby wyregulować położenie ThevoMulti. Pilot ma dwa przyciski.
Po zamontowaniu oparcia ThevoMulti znajduje się w uniesionej pozycji.
Aby osiągnąć pozycję najniższą (wyjściową) siedzącą, należy nacisnąć prawy przycisk (czerwony symbol) na pilocie. Przytrzymaj przycisk aż ThevoMulti się opuści do pozycji siedzącej (Rys. 2)
Aby podnieść fotel ThevoMulti z najniższej pozycji siedzącej do najwyższej pozycji siedzącej przytrzymaj lewy przycisk pilota wciśnięty (niebieski symbol). ThevoMulti najpierw ustawi się w podwyższonej pozycji siedzącej (rys. 3). Korzystanie z funkcji rotacji jest tutaj nadal możliwe.
W końcu cyklu podnoszenia ThevoMulti ustawia się w najwyższej pozycji siedzącej (półstojącej) (rys. 4). Funkcja obracania zostaje w tej pozycji zablokowana.

Aby osiągnąć pozycję relaksacyjną czyli półleżącą, przytrzymaj prawy przycisk pilota (czerwony symbol). Po osiągnięciu pozycji najniższej siedzącej oparcie jest nadal odchylane aż do osiągnięcia pozycji półleżącej (Rys. 5).

Mocowanie pokrowca na podstawę fotela

Pokrowiec na podstawę fotela można zamontować w następujący sposób:
1. Ostrożnie połóż fotel ThevoMulti na bok i umieść go na czystej powierzchni.
2. Otworzyć 4 zamki błyskawiczne pokrowca.
3. Naciągnij pokrowiec na podstawę fotela, upewniając się że jest on dobrze dopasowany, zamknij zamki błyskawiczne.
4. Ostrożnie postaw ponownie ThevoMulti. - Skończone.

Mocowanie poduszki pod szyję

Na poduszce pod szyję znajduje się odcinek materiału, którego koniec jest obciążony. Do mocowania poduszki stabilizującej szyję do ThevoMulti wykonaj następujące czynności:
1. Umieść poduszkę stabilizującą szyję w obszarze głowy oparcia ThevoMulti.
2. Umieść kawałek materiału z tyłu ThevoMulti.
3. Aby uzyskać optymalne ustawienie, poduszkę podtrzymującą szyję należy po prostu przesunąć na wysokość (rys. 11).

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Oferujemy następujące akcesoria do ThevoMulti:
• Podnóżek
• Pokrowce nieprzemakalne

Pokrowce ochronne nieprzemakalne (wyposażenie dodatkowe)

Zestaw składa się z pięciu indywidualnych pokrowców ochronnych na oparcie, siedzisko i dwie części boczne ThevoMulti oraz na podnóżek.
Zalecamy stosowanie pokrowców ochronnych, zwłaszcza gdy ThevoMulti jest przeznaczony do bardziej intensywnego użytkowania np. w opiece instytucjonalnej.
Instrukcje montażu są dołączone osobno do akcesoriów.
Zawsze możesz zamówić akcesoria do fotela ThevoMulti - Chętnie pomożemy.
Na rysunkach od 6 do 10 pokazane jest jak zakładać pokrowce.

CZYSZCZENIE / DEZYNFEKCJA

Kupiłeś produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów. Wymaga to odpowiedniej opieki.
Stałe i intensywne działanie promieni słonecznych może prowadzić do blaknięcia.
W przypadku bardziej intensywnego użytkowania np. w opiece instytucjonalnej, zalecamy stosowanie naszych pokrowców ochronnych.
Nie wolno zdejmować tapicerki fotela do prania! Materiał tapicerki fotela ThevoMulti jest przeznaczony do czyszczenia lub/i dezynfekcji poprzez przecieranie.
Aby wyczyścić pilota, należy najpierw odłączyć ThevoMulti od zasilania, pilota można czyścić wilgotną szmatką i dostępnymi w handlu środkami do czyszczenia tworzyw sztucznych.

GWARANCJA

Firma „Thomashilfen” jako producent gwarantuje jakość dostarczonego produktu. Zarówno surowce służące do produkcji fotela ThevoMulti jak i technologia/proces produkcji fotela ThevoMulti spełniają najwyższe standardy.
Producent „Thomashilfen” daje 24-miesięczną gwarancję.
Dla realizacji roszczeń niezbędnymi będzie oryginał dowodu zakupu.
Gwarancja obejmuje wszelkie roszczenia z tytułu wad produkcyjnych osłabiających funkcjonalność fotela ThevoMulti. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą lub/i naturalnym zużyciem.

DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI:

"Blixen" Dorota Michalak
91-855 Łódź ul. Łagiewnicka 101a/7
adres do korespondencji:
91-495 Łódź ul. Sitowie 11 m. 46
tel. 517157008
email: andrzej@pomoc-niepelnosprawni.pl
www.pomoc-niepelnosprawni.pl

PRODUCENT:

Thomas Hilfen für Koerperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmuehlenstr. 1
27432 Bremervoerde
Germany
E-mail: info@thomashilfen.de
www.thevo.info